

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Ν. Πλαστήρα 100, ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΟΥΤΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 70013
Πληροφορίες: Θεοδωράκης Κων/νος
Email: kostas_theodorakis@imbb.forth.gr
τηλ. (2810) 394543, fax (2810) 391101

Α.Π. 6985
Ηράκλειο 4/12/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος Αριστεία / MyelinTag/593, (ΕΣΠΑ 2007-2013), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο: προμήθεια **ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ & ΜΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ** προϋπολογισμού δαπάνης 9.298,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα είδη προς προμήθεια αναφέρονται στο Παράρτημα Α “Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές”.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16/12/2014 και ώρα 11:00 στο ΙΤΕ στο γραφείο Γ210 του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας.

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην γραμματεία του Ινστιτούτου μέχρι την 16/12/2014 και ώρα 10:00 στη διεύθυνση :

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο 70013

Γραμματεία Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Υπόψη: κ. Κωνσταντίνου Θεοδωράκη

Τηλ 2810-394543

Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο εμπορικό, τεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προσφορές

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο ή ενιαίο περίβλημα, μέχρι την ημερομηνία και την ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών προσωπικά ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο « προμήθεια **ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ & ΜΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ**».

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες. Οποιαδήποτε διόρθωση υπάρχει στην προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν, πρέπει ρητά να αναφέρουν ότι θα ισχύουν για 30 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού .

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η συμφερότερη προσφορά .

Για τον χαρακτηρισμό μιας προσφοράς ως συμφερότερης θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια :

Η συμφωνία της προσφοράς με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης,

Η ποιότητα των προσφερομένων ειδών

Συμβατότητα με ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό

Ο χρόνος παράδοσης

Η διάρκεια της εγγύησης και η Τεχνική υποστήριξη

Η προσφερόμενη τιμή

Ματαίωση του διαγωνισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα α) να ματαιώσει τον διαγωνισμό β) να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να τον επαναλάβει με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης γ) να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του κανονισμού προμηθειών του Ι.Τ.Ε.

Υπογραφή Σύμβασης

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση προμήθειας. Η Σύμβαση περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου

Εγγυητική Ευθύνη

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι θα πληροί όσα προβλέπονται από αυτήν, θα στερείται ελαττωμάτων και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.

Ηράκλειο 4/12/2014

Για το ΙΤΕ

Ν. Ταβερναράκης

Διευθυντής ΙΜΒΒ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ & ΜΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ****1) ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

1. Ψηφιακή επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος μέγιστης ολικής χωρητικότητας φυγοκέντρωσης 6x50 ml & μέγιστης επιτάχυνσης τουλάχιστον 30.000x g..
2. Να έχει ψυκτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος, CFC- free και να λειτουργεί χωρίς ψήκτρες.
3. Με δυνατότητα να δεχθεί διαφορετικές κεφαλές, αρθρωτού τύπου (swing-out rotors) και γωνιακές (angle rotors)..
4. Όλες οι κεφαλές να είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο για γρήγορη ψύξη.
5. Να δέχεται γωνιακή κεφαλή 45° για χρήση 16 x 5ml σωληναρίων τύπου Eppendorf, χωρίς τη χρήση υποδοχέων. Με μέγιστη επιτάχυνση 21.000x g.
6. Να συνοδεύεται από γωνιακή κεφαλή για 6x15/50ml σωληνάρια.
7. Να συνοδεύεται από γωνιακή κεφαλή για 48x1.5/2.0ml σωληνάρια με αεροστεγές καπάκι και γρήγορο κλείδωμα.
8. Ο χρόνος διάρκειας φυγοκέντρωσης να είναι 30s – 99h 59 λεπτά, και να διαθέτει επιλογή σύντομης φυγοκέντρωσης.
9. Το εύρος θερμοκρασίας να είναι από - 11°C έως + 40°C.
10. Δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη τουλάχιστον 30 προγραμμάτων.
11. Να κλείνει ο συμπιεστής μετά από λίγες ώρες μη λειτουργίας της φυγοκέντρου
12. Να είναι σχεδόν αθόρυβη, με μέγιστο επίπεδο θορύβου 55dB
13. Οι διαστάσεις να είναι οι ελάχιστες δυνατές και να μην ξεπερνάει τα 40cm x 65cm, (πλάτος x βάθος)
14. Να μην ξεπερνάει σε ύψος τα 30cm & βάρος <60kg
15. Να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει επισήμανση IVD.
16. Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008 & ISO 13485.
17. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιημένο service απο τη κατασκευάστρια εταιρεία
18. Εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας, για 2 έτη

2) ΜΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ

Μικροφυγόκεντρος με 2 κεφαλές για 6 θέσεις x 1,5/2,0 ml tubes,
και 2x PCR 8-tube strips

Μέγιστη ταχύτητα : 6.000 rpm & 2.000x g

Η φυγοκέντρωση να ξεκινάει αυτόματα με το κλείσιμο του καπακιού

Με μικρές διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) : 15cm x 15cm x15cm,

Βάρος <500 g

Να συνοδεύεται από κεφαλή για 6 x 1,5/2,0 ml tubes, 2xPCR 8-tube strips

Εγγύηση 2 έτη