



**ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης
Ταχ. Κώδικας: 70013
Πληροφορίες: κ. Χρ. Χουλάκη
Τηλ. +30 2810 391515,
Email: procurement@admin.forth.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σχετικά με την υπ' αριθμ. Πρωτ. **355/02.08.2018** Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «**Προμήθεια εξοπλισμού μίας (1) συσκευής Αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real time PCR)**» του ΙΤΕ/ΙΜΒΒ δίδονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Σελίδα 23:

Η παρακάτω προδιαγραφή στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	A. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
1.	Να είναι θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου (Real Time PCR), τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής για την θέρμανση, στοχευμένη αεροψύξη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας επιτρέποντας ακρίβεια θερμοκρασίας $\pm 0.250\text{C}$ ή μικρότερου εύρους και ταχύτητα μεταβολής θερμοκρασίας $30\text{C}/\text{sec}$ ή ταχύτερο	ΝΑΙ, να αναφερθεί

αντικαθίσταται με την εξής ορθή:

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	B. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
2.	Να είναι θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου (Real Time PCR), τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής για την θέρμανση, στοχευμένη αεροψύξη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας επιτρέποντας ακρίβεια θερμοκρασίας $\pm 0.25\text{C}$ ή μικρότερου εύρους και ταχύτητα μεταβολής θερμοκρασίας $3\text{C}/\text{sec}$ ή ταχύτερο	ΝΑΙ, να αναφερθεί

2. Σελίδα 26:

πίνακας προδιαγραφών – απαιτήσεων, πεδίο Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Η αρίθμηση στη στήλη «Α/Α» του πίνακα «17. έως 32.»

αντικαθίσταται με την εξής ορθή: «1. έως 16», όπως ορθώς αναγράφονται στο αρχείο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ_PCR»